

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Квітень 2016

Виробник: Ксіантао Ксінгронг Протектив Продактс Ко., Лтд.
(Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd.)
Продукція: **Маска медична неткана «IGAR»**
Партія №: 201601
Кількість: 714 000 штук

Цим підтверджується, що для вказаної партії продукції, інвойс № XR20160121691, було проведено перевірку перед відвантаженням.

Ми гарантуємо, що після нашої вибіркової перевірки зразків даної партії продукція відповідає вимогам стандартів EN ISO 13485:2012 / AC:2012 та є відповідно кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Квітень 2016

Продукція: **Маска медична неткана «IGAR»**
Партія №: 201601
Виготовлено: 03.2016

Кількість в партії: 714 000 штук
Термін придатності: 03.2021

Аспект перевірки	Стандарти	Результати
Основні виміри	Допустиме відхилення: $\pm 0,5$ см	відповідає
Зовнішній вигляд	Наявність чужорідних включень, волосся, плям будь-якого походження, олії, забруднень не припустимо. Колір однорідний, розриви відсутні.	відповідає
Запах	Запах відсутній	відповідає
Властивості матеріалу	Середнє значення для 3 шарів не менше ніж 20 г/м ² для маски медичної нетканої	22 г/м ²
	Відсутні такі дефекти як дірки, відриви, рвані кромки та відкриті шви	відповідає
Виготовлення	Кількість стібків на 1 дюйм не менше ніж 9	відповідає
	Шов повинен бути підрублений. Шви мають бути герметичними та не мають розходитись, кінцеві нитки не довше 1 см.	0,5 см
Маркування	Упаковка продукції повинна бути чітко промаркованою, залишки від процесу друку відсутні, забруднення відсутнє, пошкоджень не має	відповідає
Випробування на водостійкість	Пакувальний матеріал повинен бути запакований під тиском у 5Н, без витоку	відповідає
Упакування	Експортний короб в належному стані	відповідає

Висновок: Вказані вище результати відповідають вимогам відповідних норм та стандартів щодо маски медичної нетканої. Вимоги до системи управління якістю компанії Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd. відповідають стандартам EN ISO 13485:2012/AC:2012.

Даний документ є повним и точним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd. Декларація про відповідність № 3-01/2016 від 27.01.2016 р.



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Жовтень 2016

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"
Місцезнаходження: вул. Кіквідзе, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455
Місце виробництва (Виробничі потужності): Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd.,
№ 46, East of Pengchang Road, 433018 Xiantao, Hubei, China

Продукція: **Маска медична неткана «IGAR»**
Партія №: 201602
Кількість: 1 200 000 штук

Цим підтверджується, що для вказаної партії продукції, інвойс № XR20160912842, було проведено перевірку перед відвантаженням.

Ми гарантуємо, що після нашої вибіркової перевірки зразків даної партії продукція відповідає вимогам стандартів EN ISO 13485:2012 / AC:2012 та є відповідно кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Жовтень 2016

Продукція: **Маска медична неткана «IGAR»**
Партія №: 201602
Виготовлено: 10.2016

Кількість в партії: 1 200 000 штук
Термін придатності: 10.2021

Аспект перевірки	Стандарти	Результати
Основні виміри	Допустиме відхилення: $\pm 0,5$ см	відповідає
Зовнішній вигляд	Наявність чужорідних включень, волосся, плям будь-якого походження, олії, забруднень не припустимо. Колір однорідний, розриви відсутні.	відповідає
Запах	Запах відсутній	відповідає
Властивості матеріалу	Середнє значення для 3 шарів не менше ніж 20 г/м ² для маски медичної нетканої	22 г/м ²
	Відсутні такі дефекти як дірки, відриви, рвані кромки та відкриті шви	відповідає
Виготовлення	Кількість стібків на 1 дюйм не менше ніж 9	відповідає
	Шов повинен бути підрублений. Шви мають бути герметичними та не мають розходитись, кінцеві нитки не довше 1 см.	0,5 см
Маркування	Упаковка продукції повинна бути чітко промаркованою, залишки від процесу друку відсутні, забруднення відсутні, пошкодження не має	відповідає
Випробування на водостійкість	Пакувальний матеріал повинен бути запакований під тиском у 5Н, без витоку	відповідає
Упакування	Експортний короб в належному стані	відповідає

Висновок: Вказані вище результати відповідають вимогам відповідних норм та стандартів щодо маски медичної нетканої. Вимоги до системи управління якістю компанії Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd. відповідають стандартам EN ISO 13485:2012/AC:2012.

Даний документ є повним перекладом Сертифікату фабрики - Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd.

Декларація про відповідність № 13-11/2016-IGAR від 16.11.2016 р.



Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



TUFISHOP

shop • beauty • academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Березень 2017

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"
Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455
Місце виробництва (Виробничі потужності): Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd.,
№ 46, East of Pengchang Road, 433018 Xiantao, Hubei, China

Продукція: **Маска медична неткана «IGAR»**
Партія №: 201701
Кількість: 700 000 штук

Цим підтверджується, що для вказаної партії продукції, інвойс № XR20170103905, було проведено перевірку перед відвантаженням.

Ми гарантуємо, що після нашої вибіркової перевірки зразків даної партії продукція відповідає вимогам стандартів EN ISO 13485:2012 / AC:2012 та є відповідно кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Березень 2017

Продукція: **Маска медична неткана «IGAR»**
Партія №: 201701
Виготовлено: 02.2017

Кількість в партії: 700 000 штук
Термін придатності: 02.2022

Аспект перевірки	Стандарти	Результати
Основні виміри	Допустиме відхилення: $\pm 0,5$ см	відповідає
Зовнішній вигляд	Наявність чужорідних включень, волосся, плям будь-якого походження, олії, забруднень не припустимо. Колір однорідний, розриви відсутні.	відповідає
Запах	Запах відсутній	відповідає
Властивості матеріалу	Середнє значення для 3 шарів не менше ніж 20 г/м ² для маски медичної нетканої	22 г/м ²
	Відсутні такі дефекти як дірки, відриви, рвані кромки та відкриті шви	відповідає
Виготовлення	Кількість стібків на 1 дюйм не менше ніж 9	відповідає
	Шов повинен бути підрублений. Шви мають бути герметичними та не мають розходитись, кінцеві нитки не довше 1 см.	0,5 см
Маркування	Упаковка продукції повинна бути чітко промаркованою, залишки від процесу друку відсутні, забруднення відсутні, пошкодження не має	відповідає
Випробування на водостійкість	Пакувальний матеріал повинен бути запакований під тиском у 5Н, без витоків	відповідає
Упакування	Експортний короб в належному стані	відповідає

Висновок: Вказані вище результати відповідають вимогам відповідних норм та стандартів щодо маски медичної нетканої. Вимоги до системи управління якістю компанії Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd. відповідають стандартам EN ISO 13485:2012/AC:2012.

Даний документ є повним перекладом Сертифікату фабрики - Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd.

Декларація про відповідність № 13-11/2016-IGAR від 16.11.2016 р.



Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



TUFISHOP

shop • beauty • academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Вересень 2017

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"
Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455
Місце виробництва (Виробничі потужності): Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd.,
№ 46, East of Pengchang Road, 433018 Xiantao, Hubei, China

Продукція: **Маска медична неткана торгової марки IGAR**
Партія №: 201702
Кількість: 636 000 штук

Цим підтверджується, що для вказаної партії продукції, інвойс № XR201707211011, було проведено перевірку перед відвантаженням.

Ми гарантуємо, що після нашої вибіркової перевірки зразків даної партії продукція відповідає вимогам стандартів EN ISO 13485:2012 / AC:2012 та є відповідно кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Вересень 2017

Продукція: **Маска медична неткана торгової марки IGAR**
Партія №: 201702
Виготовлено: 08.2017

Кількість в партії: 636 000 штук
Термін придатності: 08.2022

Аспект перевірки	Стандарти	Результати
Основні виміри	Допустиме відхилення: $\pm 0,5$ см	відповідає
Зовнішній вигляд	Наявність чужорідних включень, волосся, плям будь-якого походження, олії, забруднень не припустимо. Колір однорідний, розриви відсутні.	відповідає
Запах	Запах відсутній	відповідає
Властивості матеріалу	Середнє значення для 3 шарів не менше ніж 20 г/м^2 для маски медичної нетканої.	22 г/м^2
Виготовлення	Відсутні такі дефекти як дірки, відриви, рвані кромки та відкриті шви.	відповідає
	Кількість стібків на 1 дюйм не менше ніж 9	відповідає
Маркування	Шов повинен бути підрублений. Шви мають бути герметичними та не мають розходитись, кінцеві нитки не довше 1 см.	0,5 см
	Упаковка продукції повинна бути чітко промаркованою, залишки від процесу друку відсутні, забруднення відсутні, пошкодження не має	відповідає
Випробування на	Пакувальний матеріал повинен бути запакований під тиском у 5Н, без витоку	відповідає
Упакування	Експортний короб в належному стані	відповідає

Висновок: Вказані вище результати відповідають вимогам відповідних норм та стандартів щодо маски медичної нетканої. Вимоги до системи управління якістю компанії Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd. відповідають стандартам EN ISO 13485:2012/AC:2012.

Даний документ є повним перекладом Сертифікату фабрики - Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd.
Декларація про відповідність № 13-11/2016-IGAR від 16.11.2016 р.



Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



TUFISHOP

shop • beauty • academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

6 січня 2018

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"
Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455
Місце виробництва (Виробничі потужності): Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd.,
№ 46, East of Pengchang Road, 433018 Xiantao, Hubei, China
Продукція: **Маска медична неткана торгової марки IGAR**
Партія №: 201801
Кількість: 1 100 000 штук

Цим підтверджується, що для вказаної партії продукції, інвойс № XR201711271107, було проведено перевірку перед відвантаженням.

Ми гарантуємо, що після нашої вибіркової перевірки зразків даної партії продукція відповідає вимогам стандартів EN ISO 13485:2012 / AC:2012 та є відповідно кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

6 січня 2018

Продукція: **Маска медична неткана торгової марки IGAR**
Партія №: 201801
Виготовлено: 12.2017

Кількість в партії: 1 100 000 штук
Термін придатності: 12.2022

Аспект перевірки	Стандарти	Результати
Основні виміри	Допустиме відхилення: ± 0.5 см	відповідає
Зовнішній вигляд	Наявність чужорідних включень, волосся, плям будь-якого походження, олії, забруднень не припустимо. Колір однорідний, розриви відсутні.	відповідає
Запах	Запах відсутній	відповідає
Властивості матеріалу	Середнє значення для 3 шарів не менше ніж 20 г/м^2 для маски медичної нетканої.	22 г/м^2
Виготовлення	Відсутні такі дефекти як дірки, відриви, рвані кромки та відкриті шви.	відповідає
	Кількість стібків на 1 дюйм не менше ніж 9 Шов повинен бути підрублений. Шви мають бути герметичними та не мають розходитись, кінцеві нитки не довше 1 см.	відповідає 0.5 см
Маркування	Упаковка продукції повинна бути чітко промаркованою, залишки від процесу друку відсутні, забруднення відсутні, пошкодження не має	відповідає
Випробування на	Пакувальний матеріал повинен бути запакований під тиском у 5Н, без витоку	відповідає
Упакування	Експортний короб в належному стані	відповідає

Висновок: Вказані вище результати відповідають вимогам відповідних норм та стандартів. Вимоги до системи управління якістю компанії Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd. відповідають стандартам EN ISO 13485:2012/AC: 2012.

Декларація №13-11/2016-IGAR від 17 січня 2018 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



Директор ТОВ «Ігар»

Биков В.Г.

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



TUFISHOP

shop • beauty • academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

6 січня 2018

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"
Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455
Місце виробництва (Виробничі потужності): Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd.,
№ 46, East of Pengchang Road, 433018 Xiantao, Hubei, China
Продукція: **Маска медична неткана торгової марки IGAR**
Партія №: 201801
Кількість: 1 100 000 штук

Цим підтверджується, що для вказаної партії продукції, інвойс № XR201711271107, було проведено перевірку перед відвантаженням.

Ми гарантуємо, що після нашої вибіркової перевірки зразків даної партії продукція відповідає вимогам стандартів EN ISO 13485:2012 / AC:2012 та є відповідно кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

6 січня 2018

Продукція: **Маска медична неткана торгової марки IGAR**
Партія №: 201801
Виготовлено: 12.2017

Кількість в партії: 1 100 000 штук
Термін придатності: 12.2022

Аспект перевірки	Стандарти	Результати
Основні виміри	Допустиме відхилення: ± 0.5 см	відповідає
Зовнішній вигляд	Наявність чужорідних включень, волосся, плям будь-якого походження, олії, забруднень не припустимо. Колір однорідний, розриви відсутні.	відповідає
Запах	Запах відсутній	відповідає
Властивості матеріалу	Середнє значення для 3 шарів не менше ніж 20 г/м^2 для маски медичної нетканої.	22 г/м^2
Виготовлення	Відсутні такі дефекти як дірки, відриви, рвані кромки та відкриті шви.	відповідає
	Кількість стібків на 1 дюйм не менше ніж 9 Шов повинен бути підрублений. Шви мають бути герметичними та не мають розходитись, кінцеві нитки не довше 1 см.	0.5 см
Маркування	Упаковка продукції повинна бути чітко промаркованою, залишки від процесу друку відсутні, забруднення відсутні, пошкодження не має	відповідає
Випробування на	Пакувальний матеріал повинен бути запакований під тиском у 5Н, без витоку	відповідає
Упакування	Експортний короб в належному стані	відповідає

Висновок: Вказані вище результати відповідають вимогам відповідних норм та стандартів. Вимоги до системи управління якістю компанії Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd. відповідають стандартам EN ISO 13485:2012/AC: 2012.

Декларація №13-11/2016-IGAR від 17 січня 2018 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



Директор ТОВ «Ігар»

Биков В.Г.

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



TUFISHOP

shop • beauty • academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

16 серпня 2018

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"
Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455
Місце виробництва (Виробничі потужності): Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd.,
№ 46, East of Pengchang Road, 433018 Xiantao, Hubei, China
Продукція: **Маска медична неткана торгової марки IGAR**
Партія №: 201802
Кількість: 920 000 штук

Цим підтверджується, що для вказаної партії продукції, інвойс № XR201806191237, було проведено перевірку перед відвантаженням.

Ми гарантуємо, що після нашої вибіркової перевірки зразків даної партії продукція відповідає вимогам стандартів EN ISO 13485:2012 / AC:2012 та є відповідно кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

16 серпня 2018

Продукція: **Маска медична неткана торгової марки IGAR**
Партія №: 201802
Виготовлено: 2018.08

Кількість в партії: 920 000 штук
Термін придатності: 2023.08

Аспект перевірки	Стандарти	Результати
Основні виміри	Допустиме відхилення: ± 0.5 см	відповідає
Зовнішній вигляд	Наявність чужорідних включень, волосся, плям будь-якого походження, олії, забруднень не припустимо. Колір однорідний, розриви відсутні.	відповідає
Запах	Запах відсутній	відповідає
Властивості матеріалу	Середнє значення для 3 шарів не менше ніж 20 г/м^2 для маски медичної нетканої.	22 г/м^2
Виготовлення	Відсутні такі дефекти як дірки, відриви, рвані кромки та відкриті шви.	відповідає
	Кількість стібків на 1 дюйм не менше ніж 9 Шов повинен бути підрублений. Шви мають бути герметичними та не мають розходитись, кінцеві нитки не довше 1 см.	0.5 см
Маркування	Упаковка продукції повинна бути чітко промаркованою, залишки від процесу друку відсутні, забруднення відсутні, пошкодження не має	відповідає
Випробування на	Пакувальний матеріал повинен бути запакований під тиском у 5Н, без витоку	відповідає
Упакування	Експортний короб в належному стані	відповідає

Висновок: Вказані вище результати відповідають вимогам відповідних норм та стандартів. Вимоги до системи управління якістю компанії Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd. відповідають стандартам EN ISO 13485:2012/AC: 2012.

Декларація №13-11/2016-IGAR від 17 січня 2018 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



Директор ТОВ «Ігар»

Биков В.Г.

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



TUFISHOP

shop · beauty · academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

12 Червня 2019

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd.,
№ 46, East of Pengchang Road, 433018 Xiantao, Hubei, China

Продукція: **Маска медична неткана торгової марки IGAR**

Партія №: 201902

Кількість: 1054000 штук

Цим підтверджується, що для вказаної партії продукції, інвойс № XR201903271412, було проведено перевірку перед відвантаженням.

Ми гарантуємо, що після нашої перевірки шляхом випадкового відбору, дана партія продукції відповідає вимогам виробництва за системою управління якістю відповідно до ДСТУ EN ISO 13485 та є відповідно кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

12 Червня 2019

Продукція: **Маска медична неткана торгової марки IGAR**

Партія №: 201902

Виготовлено: 2019.05

Кількість в партії: 1054000 штук

Термін придатності: 2024.05

Аспект перевірки	Стандарти	Результати
Основні виміри	Допустиме відхилення: ± 0.5 см	відповідає
Зовнішній вигляд	Наявність чужорідних включень, волосся, плям будь-якого походження, олії, забруднень не припустимо. Колір однорідний, розриви відсутні.	відповідає
Запах	Запах відсутній	відповідає
Властивості матеріалу	Середнє значення для 3 шарів не менше ніж 20 г/м^2 для маски медичної нетканої.	22 г/м^2
	Відсутні такі дефекти як дірки, відриви, рвані кромки та відкриті шви.	відповідає
Виготовлення	Кількість стібків на 1 дюйм не менше ніж 9	відповідає
	Шов повинен бути підрублений. Шви мають бути герметичними та не мають розходитись, кінцеві нитки не довше 1 см.	0.5 см
Маркування	Упаковка продукції повинна бути чітко промаркованою, залишки від процесу друку відсутні, забруднення відсутнє, пошкоджень не має	відповідає
Випробування на	Пакувальний матеріал повинен бути запакований під тиском у 5Н, без витоку	відповідає
Упакування	Експортний короб в належному стані	відповідає

Висновок: Вказані вище результати відповідають вимогам відповідних норм та стандартів. Вимоги до системи управління якістю компанії Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd. відповідають вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 13485 та продукція є відповідно кваліфікованою.

Декларація №13-11/2016-IGAR від 17 січня 2018 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Квітень 2016

Виробник: Ксіантао Ксінгронг Протектив Продактс Ко., Лтд.
(Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd.)
Продукція: **Шапочка медична "IGAR"**
Партія №: 201601
Кількість: 500 000 штук

Цим підтверджується, що для вказаної партії продукції, інвойс № XR20160121691, було проведено перевірку перед відвантаженням.

Ми гарантуємо, що після нашої вибіркової перевірки зразків даної партії продукція відповідає вимогам стандартів EN ISO 13485:2012/AC:2012 та є відповідно кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Квітень 2016

Продукція: **Шапочка медична "IGAR"**
Партія №: 201601
Виготовлено: 03.2016

Кількість в партії: 500 000 штук
Термін придатності: 03.2021

Аспект перевірки	Стандарти	Результати
Основні виміри	Допустиме відхилення: $\pm 0,5$ см	відповідає
Зовнішній вигляд	Наявність чужорідних включень, волосся, плям будь-якого походження, олії, забруднень не припустимо. Колір однорідний, розриви відсутні.	відповідає
Запах	Запах відсутній	відповідає
Властивості матеріалу	Не менше ніж 9.0 г/м ² для шапочки медичної нетканої	10,2 г/м ²
	Відсутні такі дефекти як дірки, відриви, рвані кромки та відкриті шви	відповідає
Виготовлення	Кількість стібків на 1 дюйм не менше ніж 5	відповідає
	Шов повинен бути підрублений. Шви мають бути герметичними та не мають розходитись, кінцеві нитки не довше 1 см.	0,5 см
Маркування	Упаковка продукції повинна бути чітко промаркованою, залишки від процесу друку відсутні, забруднення відсутні, пошкодження не має	відповідає
Випробування на водостійкість	Пакувальний матеріал повинен бути запакований під тиском у 5Н, без витоку	відповідає
Упакування	Експортний короб в належному стані	відповідає

Висновок: Вказані вище результати відповідають вимогам відповідних норм та стандартів щодо шапочки медичної нетканої. Вимоги до системи управління якістю компанії Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd. відповідають стандартам EN ISO 13485:2012/AC:2012.

Даний документ є повним и точним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd. Декларація про відповідність № 3-01/2016 від 27.01.2016 р.



Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



TUFISHOP

shop • beauty • academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Березень 2017

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"
Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455
Місце виробництва (Виробничі потужності): Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd.,
№ 46, East of Pengchang Road, 433018 Xiantao, Hubei, China
Продукція: **Шапочка медична торгової марки "IGAR"**
Партія №: 201701
Кількість: 320 000 штук

Цим підтверджується, що для вказаної партії продукції, інвойс № XR2017103905, було проведено перевірку перед відвантаженням.

Ми гарантуємо, що після нашої вибіркової перевірки зразків даної партії продукція відповідає вимогам стандартів EN ISO 13485:2012/AC:2012 та є відповідно кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Березень 2017

Продукція: **Шапочка медична торгової марки "IGAR"**
Партія №: 201701
Виготовлено: 02.2017

Кількість в партії: 320 000 штук
Термін придатності: 02.2022

Аспект перевірки	Стандарти	Результати
Основні виміри	Допустиме відхилення: $\pm 0,5$ см	відповідає
Зовнішній вигляд	Наявність чужорідних включень, волосся, плям будь-якого походження, олії, забруднень не припустимо. Колір однорідний, розриви відсутні.	відповідає
Запах	Запах відсутній	відповідає
Властивості матеріалу	Не менше ніж 9.0 г/м ² для шапочки медичної нетканої	10,2 г/м ²
	Відсутні такі дефекти як дірки, відриви, рвані кромки та відкриті шви	відповідає
Виготовлення	Кількість стібків на 1 дюйм не менше ніж 5	відповідає
	Шов повинен бути підрублений. Шви мають бути герметичними та не мають розходитись, кінцеві нитки не довше 1 см.	0,5 см
Маркування	Упаковка продукції повинна бути чітко промаркованою, залишки від процесу друку відсутні, забруднення відсутні, пошкоджень не має	відповідає
Випробування на водостійкість	Пакувальний матеріал повинен бути запакований під тиском у 5Н, без витoku	відповідає
Упакування	Експортний короб в належному стані	відповідає

Висновок: Вказані вище результати відповідають вимогам відповідних норм та стандартів щодо шапочки медичної нетканої. Вимоги до системи управління якістю компанії Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd. відповідають стандартам EN ISO 13485:2012/AC:2012.

Даний документ є повним и точним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd. Декларація про відповідність № 13-11/2016 від 16.11.2016 р.



Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



TUFISHOP

shop • beauty • academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

16 серпня 2018

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd.,

№ 46, East of Pengchang Road, 433018 Xiantao, Hubei, China

Продукція: **Шапочка медична торгової марки IGAR**

Партія №: 201802

Кількість: 484 000 штук

Цим підтверджується, що для вказаної партії продукції, інвойс № XR201806191237, було проведено перевірку перед відвантаженням.

Ми гарантуємо, що після нашої вибіркової перевірки зразків даної партії продукція відповідає вимогам стандартів EN ISO 13485:2012/АС:2012 та є відповідно кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Продукція: **Шапочка медична торгової марки IGAR**

16 серпня 2018

Партія №: 201802

Кількість в партії: 484 000 штук

Виготовлено: 2018.08

Термін придатності: 2023.08

Аспект перевірки	Стандарти	Результати
Основні виміри	Допустиме відхилення: ± 0.5 см.	відповідає
Зовнішній вигляд	Наявність чужорідних включень, волосся, плям будь-якого походження, олії, забруднень не припустимо. Колір однорідний, розриви відсутні.	відповідає
Запах	Запах відсутній.	відповідає
Властивості матеріалу	Не менше ніж 9.0 г/м^2 для шапочки медичної нетканої.	10.2 г/м^2
	Відсутні такі дефекти як дірки, відриви, рвані кромки та відкриті шви.	відповідає
Виготовлення	Кількість стібків на 1 дюйм не менше ніж 5.	відповідає
	Шов повинен бути підрублений. Шви мають бути герметичними та не мають розходитись, кінцеві нитки не довше 1 см.	0.5 см
Маркування	Упаковка продукції повинна бути чітко промаркованою, залишки від процесу друку відсутні, забруднення відсутні, пошкоджень не має.	відповідає
Випробування на водостійкість	Пакувальний матеріал повинен бути запакований під тиском у 5Н, без витоків.	відповідає
Упакування	Експортний короб в належному стані.	відповідає

Висновок: Вказані вище результати відповідають вимогам відповідних норм та стандартів. Вимоги до системи управління якістю компанії Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd. відповідають стандартам EN ISO 13485:2012/АС: 2012.

Декларація №13-11/2016-IGAR від 17 січня 2018 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



Директор ТОВ «Ігар»

Биков В.Г.

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



TUFISHOP

shop • beauty • academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

12 січня 2019

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd.,

№ 46, East of Pengchang Road, 433018 Xiantao, Hubei, China

Продукція: **Шапочка медична торгової марки IGAR**

Партія №: 201901

Кількість: 676 000 штук

Цим підтверджується, що для вказаної партії продукції, інвойс № XR201811121338, було проведено перевірку перед відвантаженням.

Ми гарантуємо, що після нашої перевірки шляхом випадкового відбору, дана партія продукції відповідає вимогам виробництва за системою управління якістю відповідно до ДСТУ EN ISO 13485 та є відповідно кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Продукція: **Шапочка медична торгової марки IGAR**

Партія №: 201901

Виготовлено: 2019.01

12 січня 2019

Кількість в партії: 676 000 штук

Термін придатності: 2024.01

Аспект перевірки	Стандарти	Результати
Основні виміри	Допустиме відхилення: ± 0.5 см.	відповідає
Зовнішній вигляд	Наявність чужорідних включень, волосся, плям будь-якого походження, олії, забруднень не припустимо. Колір однорідний, розриви відсутні.	відповідає
Запах	Запах відсутній.	відповідає
Властивості матеріалу	Не менше ніж 9.0 г/м^2 для шапочки медичної нетканої.	10.2 г/м^2
	Відсутні такі дефекти як дірки, відриви, рвані кромки та відкриті шви.	відповідає
Виготовлення	Кількість стібків на 1 дюйм не менше ніж 5.	відповідає
	Шов повинен бути підрублений. Шви мають бути герметичними та не мають розходитись, кінцеві нитки не довше 1 см.	0.5 см
Маркування	Упаковка продукції повинна бути чітко промаркованою, залишки від процесу друку відсутні, забруднення відсутні, пошкоджень не має.	відповідає
Випробування на водостійкість	Пакувальний матеріал повинен бути запакований під тиском у 5Н, без витоку.	відповідає
Упакування	Експортний короб в належному стані.	відповідає

Висновок: Вказані вище результати відповідають вимогам відповідних норм та стандартів. Вимоги до системи управління якістю компанії Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd. відповідають вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 13485 та продукція є відповідно кваліфікованою.

Декларація №13-11/2016-IGAR від 17 січня 2018 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



Директор ТОВ «Ігар»

Биков В.Г.

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



TUFISHOP

shop • beauty • academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

12 Червня 2019

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd.,

№ 46, East of Pengchang Road, 433018 Xiantao, Hubei, China

Продукція: **Шапочка медична торгової марки IGAR**

Партія №: 201902

Кількість: 168 000 штук

Цим підтверджується, що для вказаної партії продукції, інвойс № XR201903271412, було проведено перевірку перед відвантаженням.

Ми гарантуємо, що після нашої перевірки шляхом випадкового відбору, дана партія продукції відповідає вимогам виробництва за системою управління якістю відповідно до ДСТУ EN ISO 13485 та є відповідно кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Продукція: **Шапочка медична торгової марки IGAR**

12 Червня 2019

Партія №: 201902

Кількість в партії: 168 000 штук

Виготовлено: 2019.05

Термін придатності: 2024.05

Аспект перевірки	Стандарти	Результати
Основні виміри	Допустиме відхилення: ± 0.5 см.	відповідає
Зовнішній вигляд	Наявність чужорідних включень, волосся, плям будь-якого походження, олії, забруднень не припустимо. Колір однорідний, розриви відсутні.	відповідає
Запах	Запах відсутній.	відповідає
Властивості матеріалу	Не менше ніж 9.0 г/м^2 для шапочки медичної нетканої.	10.2 г/м^2
	Відсутні такі дефекти як дірки, відриви, рвані кромки та відкриті шви.	відповідає
Виготовлення	Кількість стібків на 1 дюйм не менше ніж 5.	відповідає
	Шов повинен бути підрублений. Шви мають бути герметичними та не мають розходитись, кінцеві нитки не довше 1 см.	0.5 см
Маркування	Упаковка продукції повинна бути чітко промаркованою, залишки від процесу друку відсутні, забруднення відсутні, пошкоджень не має.	відповідає
Випробування на водостійкість	Пакувальний матеріал повинен бути запакований під тиском у 5Н, без витоку.	відповідає
Упакування	Експортний короб в належному стані.	відповідає

Висновок: Вказані вище результати відповідають вимогам відповідних норм та стандартів. Вимоги до системи управління якістю компанії Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd. відповідають вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 13485 та продукція є відповідно кваліфікованою.

Декларація №13-11/2016-IGAR від 17 січня 2018 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



TUFISHOP
shop • beauty • academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

6 Грудня 2019

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd.,

№ 46, East of Pengchang Road, 433018 Xiantao, Hubei, China

Продукція: **Шапочка медична торгової марки IGAR**

Партія №: 202001

Кількість: 740 000 штук

Цим підтверджується, що для вказаної партії продукції, було проведено перевірку перед відвантаженням.

Ми гарантуємо, що після нашої перевірки шляхом випадкового відбору, дана партія продукції відповідає вимогам виробництва за системою управління якістю відповідно до ДСТУ EN ISO 13485 та є відповідно кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

6 Грудня 2019

Продукція: **Шапочка медична торгової марки IGAR**

Партія №: 202001

Виготовлено: 2019.11

Кількість в партії: 740 000 штук

Термін придатності: 2024.11

Аспект перевірки	Стандарти	Результати
Основні виміри	Допустиме відхилення: ± 0.5 см.	відповідає
Зовнішній вигляд	Наявність чужорідних включень, волосся, плям будь-якого походження, олії, забруднень не припустимо. Колір однорідний, розриви відсутні.	відповідає
Запах	Запах відсутній.	відповідає
Властивості матеріалу	Не менше ніж 9.0 г/м^2 для шапочки медичної нетканої.	10.2 г/м^2
	Відсутні такі дефекти як дірки, відриви, рвані кромки та відкриті шви.	відповідає
Виготовлення	Кількість стібків на 1 дюйм не менше ніж 5.	відповідає
	Шов повинен бути підрублений. Шви мають бути герметичними та не мають розходитись, кінцеві нитки не довше 1 см.	0.5 см
Маркування	Упаковка продукції повинна бути чітко промаркованою, залишки від процесу друку відсутні, забруднення відсутні, пошкоджень не має.	відповідає
Випробування на водостійкість	Пакувальний матеріал повинен бути запакований під тиском у 5Н, без витоку.	відповідає
Упакування	Експортний короб в належному стані.	відповідає

Висновок: Вказані вище результати відповідають вимогам відповідних норм та стандартів. Вимоги до системи управління якістю компанії Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd. відповідають вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 13485 та продукція є відповідно кваліфікованою.

Декларація №13-11/2016-IGAR "21" червня 2019 року (редакція 3) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



TUFISHOP
shop • beauty • academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

10.05.2019

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Blue Sail Medical Co., Ltd.,

No.21 Qingtian Road, Qilu Chemical Industrial Park, Zibo, Shandong 255414 China

Продукція: **Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR**

Розмір: XS S M L

Партія № 20191030

Кількість: 5 460 000 штук

10.05.2019

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Blue Sail Medical Co., Ltd.,

No.21 Qingtian Road, Qilu Chemical Industrial Park, Zibo, Shandong 255414 China

Продукція: **Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR**

Партія № 20191030

Дата виготовлення: 2019.05

Термін придатності: 2022.05

Об'єкт випробування:	Вимоги				Результати
	XS	S	M	L	
Вага, гр	2.8± 0.3	3.0± 0.3	3.5± 0.3	4.0± 0.3	Відповідає
Довжина, мм	Не менше ніж 240 мм				Відповідає
Ширина, мм	70 +/- 10	80 +/- 10	95 +/- 10	110 +/- 10	Відповідає
Товщина стінки, мм					
Палець	Не менше ніж 0.07 мм				Відповідає
Долоня	Не менше ніж 0.06 мм				Відповідає
Манжета	Не менше ніж 0.05 мм				Відповідає
Максимальне розтягування:	До старіння: ≥500%		Після старіння: ≥ 400%		Відповідає
Міцність при розтягуванні в МПа	До старіння: ≥ 15		Після старіння: ≥ 14		Відповідає
Тест на водонепроникність	AQL 1.5				Відповідає
Пакування	Упаковано в транспортні коробки та в гарному стані.				Відповідає

Групова упаковка 200 шт (100 пар).

Транспортний короб 2000 шт (1000 пар).

Висновок: Результати перевірки вказані вище відповідають вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 13485 та продукція є відповідно кваліфікованою згідно з ДСТУ EN 420.

Декларація №34-04/2019-IGAR від "04" квітня 2019 року про відповідність вимог
щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ
введення медичного виробу в обіг.

TUFISHOP

shop · beauty · academy

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



TUFISHOP
shop • beauty • academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

16.08.2019

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Blue Sail Medical Co., Ltd.,

No.21 Qingtian Road, Qilu Chemical Industrial Park, Zibo, Shandong 255414 China

Продукція: **Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR**

Розмір: XS S M L

Партія № 20191031

Кількість: 5 460 000 штук

16.08.2019

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Blue Sail Medical Co., Ltd.,

No.21 Qingtian Road, Qilu Chemical Industrial Park, Zibo, Shandong 255414 China

Продукція: **Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR**

Партія № 20191031

Дата виготовлення: 2019.06

Термін придатності: 2022.06

Об'єкт випробування:	Вимоги				Результати
	XS	S	M	L	
Вага, гр	2.8± 0.3	3.0± 0.3	3.5± 0.3	4.0± 0.3	Відповідає
Довжина, мм	Не менше ніж 240 мм				Відповідає
Ширина, мм	70 +/- 10	80 +/- 10	95 +/- 10	110 +/- 10	Відповідає
Колір	Синій	Синій	Синій	Синій	Відповідає
Товщина стінки, мм					
Палець	Не менше ніж 0.07 мм				Відповідає
Долоня	Не менше ніж 0.06 мм				Відповідає
Манжета	Не менше ніж 0.05 мм				Відповідає
Максимальне розтягування:	До старіння: ≥500%		Після старіння: ≥ 400%		Відповідає
Міцність при розтягуванні в МПа	До старіння: ≥ 15		Після старіння: ≥ 14		Відповідає
Тест на водонепроникність	AQL 1.5				Відповідає
Пакування	Упаковано в транспортні коробки та в гарному стані.				Відповідає

Групова упаковка 200 шт (100 пар).

Транспортний короб 2000 шт (1000 пар).

Висновок: Результати перевірки вказані вище відповідають вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 13485 та продукція є відповідно кваліфікованою згідно з ДСТУ EN 420.

Декларація №34-04/2019-IGAR від "04" квітня 2019 року про відповідність вимог
щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ
введення медичного виробу в обіг.

TUFISHOP

shop • beauty • academy

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



TUFISHOP
shop • beauty • academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

17.12.2018

Виробник: **Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited**
10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт		Застосовано останні видання всіх стандартів				
Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, чорного кольору						
Продукт: Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, чорного кольору Специфікація рукавичок: NCM-15FE Дата поставки: 17/12/2018	Розмір:	Дата виготовлення:	Серія:		Термін придатності:	
	S	201812	8080	0001-0550	2021.12	
	M	201812	8080	0001-0700	2021.12	
	L	201812	8080	0001-1480	2021.12	
Сертифікат якості						
Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
		1 100	1 400	2 960		5 460
А. Тест на перевірку якості (згідно з ASTM D5151)	Рівень перевірки G 1, AQL 1.5, Багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок		330	375	500		1 205
Кількість бракованих рукавичок		1	1	1		3
Б. Дефекти (протікання, розриви)						
Кількість бракованих рукавичок (протікання, розриви)		1	3	1		5
Усього дефектів (А+Б)		2	4	2		8
Відповідність:		так	так	так		
В. Незначні дефекти	Рівень перевірки G 1, AQL 4.0, Багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок		160	240	240		640
Кількість бракованих рукавичок		1	7	1		9
Відповідність:		так	так	так		

Загальний висновок: відповідають

Затверджено /підпис/
(Головний керівник відділу якості)

Дата: 17.12.2018

Г. Розміри в мм	згідно ASTM D6319		n=13 шт./розмір			
Ширина в мм: мінімальний вимірний розмір в партії +/- 10 мм		86	98	108		
		80	95	110		

Довжина (мм) мін. 230 мм (для розміру XS, S мін. 220 мм)		240	242			
Товщина однієї стінки рукавичок						
- в області пальців, мм, мінімум 0.05 мм		0.09	0.09	0.09		
- в області долоні, мм, мінімум 0.05 мм		0.07	0.07	0.07		
Д1. Фізичні властивості	згідно з ASTM D6319 (рівень перевірки S 2 AQL 4.0)					
Міцність при розтягуванні в МПа, до старіння – 14 МПа мінімум		38	37	34		
Видовження в %, до старіння 500%		528	534	507		
Міцність при розтягуванні в МПа, після старіння – 14 МПа мінімум		35	37	36		
Видовження в %, після старіння 400%		486	521	482		
Е. Біосумісність	згідно з ASTM D 6124 без тальку (силікат магнію)					
Залишки пудри залишки пудри Макс.: 10 мг/дм ²		0.5	0.6	0.4		

**Рукавички мають валик на манжеті.
Для одноразового використання.
Групова упаковка 200 шт (100 пар).
Транспортний короб 2000 шт (1000 пар).**

Загальний висновок лабораторії: відповідають

Затверджено /підпис/
(Керівник відділу перевірки продукції)

Дата: 24.12.2018

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/
(Продукт-менеджер)

Дата: 29.12.2018

Даний документ є повним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited Декларація № 5-05/2016 від 06 листопада 2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



Директор ТОВ «Ігар»

Биков В.Г.

Фактична адреса:
 вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
 УКРАЇНА, 03057
 Місцезнаходження:
 вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
 УКРАЇНА, 01103
 тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
 E-mail: info@igar.com.ua



TUFISHOP
 shop • beauty • academy

Registered address:
 18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
 01103, UKRAINE
 phone/fax 380-44-585-34-55
 380-44-585-34-56
 E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

01.07.2019

Виробник: **Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited**
 10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт	Застосовано останні видання всіх стандартів					
Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR						
Продукт: Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR Специфікація рукавичок: EU-LOMC-1FB Дата поставки: 21/06/2019	Розмір:	Дата виготовлення:	Серія:	Термін придатності:		
	XS	201906	2988	0001-0072	2022.06	
	S	201906	2988	0001-1270	2022.06	
	M	201906	2988	0001-1878	2022.06	
Сертифікат якості						
Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
	72 000	1 270 000	1 878 000			3 220 000
А. Тест на перевірку якості (згідно з EN455-1)	Рівень перевірки G 1, AQL 1.5, Багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок	50	550	850			1 450
Кількість бракованих рукавичок	0	0	0			0
Б. Дефекти (протікання, розриви)						
Кількість бракованих рукавичок (протікання, розриви)	0	0	1			1
Усього дефектів (А+Б)	0	0	1			1
Відповідність:	так	так	так			
В. Незначні дефекти	Рівень перевірки G 1, AQL 4.0, Багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок	50	600	900			1 550
Кількість бракованих рукавичок	0	5	7			12
Відповідність:	так	так	так			

Загальний висновок: відповідають

Затверджено /підпис/
 (Головний керівник відділу якості)

Дата: 01.07.2019

Г. Розміри в мм	згідно з EN455-2/ ASTM D 3578			n=13 шт./розмір		
Ширина в мм: мінімальний вимірний розмір в партії +/- 10 мм	74	82	93			
	80	80	95			

Довжина (мм), всі розміри: середня 240 мм	241	248	240			
Товщина однієї стінки рукавичок						
- в області пальців, мм, мінімум 0.08 мм	0.11	0.11	0.11			
- в області долоні, мм, мінімум 0.08 мм	0.10	0.10	0.10			
Д1. Фізичні властивості	згідно з EN455-2 (середнє значення із 13 шт.)					
Сила на розрив в Н, до старіння - середнє значення 6.0 Н	7.3	7.5	7.6			
Сила на розрив в Н, після старіння - середнє значення 6.0 Н	6.5	7.2	7.7			
Д2. Фізичні властивості	згідно з EN455-2 (рівень перевірки S-2 AQL 4.0)					
Міцність при розтягуванні в МПа, до старіння – 18 МПа мінімум	26	26	27			
Видовження в %, до старіння 650%	810	784	793			
Міцність при розтягуванні в МПа, після старіння – 14 МПа мінімум	23	26	27			
Видовження в %, після старіння 500%	824	806	787			
Е. Біосумісність	згідно з EN455-3 без тальку (силікату магнію)					
<input type="checkbox"/> Пудра на рукавичках : <input checked="" type="checkbox"/> Залишки пудри: макс.: 2.0 мг/дм ² (згідно з EN EN ISO 21171)	0.1	0.2	0.1			

**Рукавички мають валик на манжеті.
Для одноразового використання.
Групова упаковка 100 шт (50 пар).
Транспортний короб 1000 шт (500 пар).**

Загальний висновок лабораторії: відповідають

Затверджено /підпис/
(Керівник відділу перевірки продукції)

Дата: 01.07.2019

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/
(Продукт-менеджер)

Дата: 01.07.2019

Даний документ є повним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited Декларація № 5-05/2016 від 06 листопада 2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



Директор ТОВ «Ігар»

Биков В.Г.

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



TUFISHOP
shop • beauty • academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

13.07.2019

Виробник: **Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited**
10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт	Застосовано останні видання всіх стандартів				
Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR					
Продукт: Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR Специфікація рукавичок: OE-LXMC-1FG Дата поставки: 01/07/2019	Розмір:	Дата виготовлення:	Серія:	Термін придатності:	
	S	201906	3398	0001-1000	2024.06
	M	201906	3398	0001-2720	2024.06
	L	201906	3398	0001-900	2024.06

Сертифікат якості

Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
		1 000 000	2 720 000	900 000		4 620 000
Багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1						
Кількість перевірених рукавичок		350	964	300		1614
А) Показник виявлених бар'єрних дефектів рівень перевірки: G 1, AQL 1.5, (% дефектів ≤3.6 %)		0.00	0.00	0.00		
Б) Показник значних дефектів рівень перевірки: G 1, AQL 2.5 (% дефектів ≤4.8 %)		0.00	0.00	0.00		
В) Незначні дефекти рівень перевірки: G 1, AQL 4.0 (% дефектів ≤7.2 %)		0	0	0		0
Відповідність:		так	так	так		

Загальний висновок: відповідають

Затверджено /підпис/
(Головний керівник відділу якості)

Дата: 13.07.2019

Г) Розміри в мм	згідно з ASTM D 3578			n=13 шт./розмір		
Ширина в мм: мінімальний вимірний розмір в партії +/- 10 мм		82	94	108		
Довжина (мм), всі розміри: середня 240 мм		80	95	111		
Товщина однієї стінки рукавичок		242	242	241		

- в області пальців, мм, мін. 0.08 мм	0.11	0.10			
- в області долоні, мм, мін. 0.08мм	0.08	0.08			
Д) Фізичні властивості	згідно з ASTM D3578 Рівень перевірки: S 2, AQL 4.0				
Сила на розрив в МПа, до старіння – 18МПа мінімум	18.6	18.9	18.4		
Видовження в %, до старіння 650%	699	699	672		
Сила на розрив в МПа, після старіння – 14МПа мінімум	17.2	19.01	17.5		
Видовження в %, після старіння 500%	641	640	623		
Е) Біосумісність	згідно з ASTM D 3578 без тальку (модифікований кукурудзяний крохмаль)				
✓ Залишки пудри: (згідно з ASTM D6124) Мах.: 10 мг/дм ²	9	9	9		
Вміст білку: (згідно з ASTM D5712) Мах.: 200 мг/г	93	87	105		

**Рукавички мають валик на манжеті.
Для одноразового використання.
Групова упаковка 100 шт (50 пар).
Транспортний короб 1000 шт (500 пар).**

Загальний висновок лабораторії: відповідають

Затверджено /підпис/
(Керівник відділу перевірки продукції)

Дата: 13.07.2019

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/
(Продукт-менеджер)

Дата: 13.07.2019

Даний документ є повним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited. Декларація № 5-05/2016 від 06 листопада 2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



TUFISHOP
shop • beauty • academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

03.05.2019

Виробник: **Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited**
10 Soi 10, Phetkasem Road, Natyai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт	Застосовано останні видання всіх стандартів					
Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR						
Продукт: Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR Специфікація рукавичок: LOM-01FB Дата поставки: 03/05/2019	Розмір:	Дата виготовлення:	Серія:		Термін придатності:	
	XS	201902	0336	0001-0160	2022.02	
	S	201902	0336	0001-0760	2022.02	
	M	201902	0336	0001-1440	2022.02	
	L	201902	0336	0001-0860	2022.02	
Сертифікат якості						
Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
	160 000	760 000	1 440 000	860 000		3 220 000
А. Тест на перевірку якості (згідно з EN455-1)	Рівень перевірки G 1, AQL 1.5, Багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок	100	350	600	350		1 400
Кількість бракованих рукавичок	0	0	0	0		0
Б. Дефекти (протікання, розриви)						
Кількість бракованих рукавичок (протікання, розриви)	0	0	0	0		0
Усього дефектів (А+Б)	0	0	0	0		0
Відповідність:	так	так	так	так		
В. Незначні дефекти	Рівень перевірки G 1, AQL 4.0, Багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок	100	400	650	350		1 500
Кількість бракованих рукавичок	0	5	9	3		17
Відповідність:	так	так	так	так		

Загальний висновок: відповідають

Затверджено /підпис/
(Головний керівник відділу якості)

Дата: 28.02.2019

Г. Розміри в мм	згідно з EN455-2/ ASTM D 3578				n=13 шт./розмір	
Ширина в мм: мінімальний вимірний розмір в партії +/- 10 мм	75	82	93	105		
	80	80	95	110		

Довжина (мм), всі розміри: середня 240 мм	240	244	243			
Товщина однієї стінки рукавичок						
- в області пальців, мм, мінімум 0.08 мм	0.12	0.11	0.11	0.11		
- в області долоні, мм, мінімум 0.08 мм	0.09	0.09	0.09	0.10		
Д1. Фізичні властивості	згідно з EN455-2 (середнє значення із 13 шт.)					
Сила на розрив в Н, до старіння - середнє значення 6.0 Н	6.7	6.7	7.0	6.8		
Сила на розрив в Н, після старіння - середнє значення 6.0 Н	6.9	6.6	6.5	6.6		
Д2. Фізичні властивості	згідно з EN455-2 (рівень перевірки S-2 AQL 4.0)					
Міцність при розтягуванні в МПа, до старіння – 18 МПа мінімум	24	26	26	24		
Видовження в %, до старіння 650%	733	793	809	764		
Міцність при розтягуванні в МПа, після старіння – 14 МПа мінімум	23	24	24	24		
Видовження в %, після старіння 500%	771	810	824	832		
Е. Біосумісність	згідно з EN455-3 без тальку (силікату магнею)					
<input type="checkbox"/> Пудра на рукавичках : <input checked="" type="checkbox"/> Залишки пудри: макс.: 2.0 мг/дм ² (згідно з EN EN ISO 21171)	0.1	0.1	0.1	0.2		

**Рукавички мають валик на манжеті.
Для одноразового використання.
Групова упаковка 100 шт (50 пар).
Транспортний короб 1000 шт (500 пар).**

Загальний висновок лабораторії: відповідають

Затверджено /підпис/
(Керівник відділу перевірки продукції)

Дата: 02.03.2019

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/
(Продукт-менеджер)

Дата: 06.03.2019

Даний документ є повним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited Декларація № 5-05/2016 від 06 листопада 2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



Директор ТОВ «Ігар»

Биков В.Г.

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



TUFISHOP
shop • beauty • academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

03.05.2019

Виробник: **Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited**
10 Soi 10, Phetkasem Road, Natyai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт	Застосовано останні видання всіх стандартів					
Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR						
Продукт: Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR Специфікація рукавичок: LOM-01FB Дата поставки: 03/05/2019	Розмір:	Дата виготовлення:	Серія:		Термін придатності:	
	XS	201902	0336	0001-0160	2022.02	
	S	201902	0336	0001-0760	2022.02	
	M	201902	0336	0001-1440	2022.02	
	L	201902	0336	0001-0860	2022.02	
Сертифікат якості						
Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
	160 000	760 000	1 440 000	860 000		3 220 000
A. Тест на перевірку якості (згідно з EN455-1)	Рівень перевірки G 1, AQL 1.5, Багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок	100	350	600	350		1 400
Кількість бракованих рукавичок	0	0	0	0		0
Б. Дефекти (протікання, розриви)						
Кількість бракованих рукавичок (протікання, розриви)	0	0	0	0		0
Усього дефектів (А+Б)	0	0	0	0		0
Відповідність:	так	так	так	так		
В. Незначні дефекти	Рівень перевірки G 1, AQL 4.0, Багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок	100	400	650	350		1 500
Кількість бракованих рукавичок	0	5	9	3		17
Відповідність:	так	так	так	так		

Загальний висновок: відповідають

Затверджено /підпис/
(Головний керівник відділу якості)

Дата: 28.02.2019

Г. Розміри в мм	згідно з EN455-2/ ASTM D 3578				n=13 шт./розмір	
Ширина в мм: мінімальний вимірний розмір в партії +/- 10 мм	75	82	93	105		
	80	80	95	110		

Довжина (мм), всі розміри: середня 240 мм	240	244	243			
Товщина однієї стінки рукавичок						
- в області пальців, мм, мінімум 0.08 мм	0.12	0.11	0.11	0.11		
- в області долоні, мм, мінімум 0.08 мм	0.09	0.09	0.09	0.10		
Д1. Фізичні властивості	згідно з EN455-2 (середнє значення із 13 шт.)					
Сила на розрив в Н, до старіння - середнє значення 6.0 Н	6.7	6.7	7.0	6.8		
Сила на розрив в Н, після старіння - середнє значення 6.0 Н	6.9	6.6	6.5	6.6		
Д2. Фізичні властивості	згідно з EN455-2 (рівень перевірки S-2 AQL 4.0)					
Міцність при розтягуванні в МПа, до старіння – 18 МПа мінімум	24	26	26	24		
Видовження в %, до старіння 650%	733	793	809	764		
Міцність при розтягуванні в МПа, після старіння – 14 МПа мінімум	23	24	24	24		
Видовження в %, після старіння 500%	771	810	824	832		
Е. Біосумісність	згідно з EN455-3 без тальку (силікату магнію)					
<input type="checkbox"/> Пудра на рукавичках : <input checked="" type="checkbox"/> Залишки пудри: макс.: 2.0 мг/дм ² (згідно з EN EN ISO 21171)	0.1	0.1	0.1	0.2		

**Рукавички мають валик на манжеті.
Для одноразового використання.
Групова упаковка 100 шт (50 пар).
Транспортний короб 1000 шт (500 пар).**

Загальний висновок лабораторії: відповідають

Затверджено /підпис/
(Керівник відділу перевірки продукції)

Дата: 02.03.2019

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/
(Продукт-менеджер)

Дата: 06.03.2019

Даний документ є повним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited Декларація № 5-05/2016 від 06 листопада 2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



Директор ТОВ «Ігар»

Биков В.Г.

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



TUFISHOP
shop • beauty • academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

18.08.2018

Виробник: **Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited**
10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт		Застосовано останні видання всіх стандартів				
Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR						
Продукт: Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR Специфікація рукавичок: NP01 Дата поставки: 07/08/2018	Розмір: M	Дата виготовлення: 201807	Серія: 180260	0001-4620	Термін придатності: 2023.07	
Сертифікат якості						
Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
			4620			4620
Багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1						
Кількість перевірених рукавичок			1 550			
А) Показник виявлених бар'єрних дефектів рівень перевірки: G 1, AQL 1.5, (% дефектів ≤3.6 %)			0.00			
Б) Показник значних дефектів рівень перевірки: G 1, AQL 2.5 (% дефектів ≤4.8 %)			0.00			
В) Незначні дефекти рівень перевірки: G 1, AQL 4.0 (% дефектів ≤7.2 %)			0.06			
Відповідність:			так			

Загальний висновок: відповідають

Затверджено /підпис/
(Головний керівник відділу якості)

Дата: 18.08.2018

Г) Розміри в мм	згідно з ASTM D 3578		n=13 шт./розмір			
Ширина в мм: мінімальний вимірний розмір в партії +/- 10 мм			95			
Довжина (мм), всі розміри: середня 240 мм			241			

Товщина дбох стінок рукавичок - в області пальців, мм, мін. 0.16 мм - в області долоні, мм, мін. 0.16 мм			0.22			
			0.18			
Д) Фізичні властивості	згідно з ASTM D3578 Рівень перевірки: S 2, AQL 4.0					
Сила на розрив в МПа, до старіння – 18МПа мінімум			20.17			
Видовження в %, до старіння 650%			701			
Сила на розрив в МПа, після старіння – 14МПа мінімум			18.51			
Видовження в %, після старіння 500%			672			
Е) Біосумісність	згідно з ASTM D 3578 без тальку (модифікований кукурудзяний крохмаль)					
✓ Залишки пудри: (згідно з ASTM D6124) Мах.: 10 мг/дм ²			8			
Вміст білку: (згідно з ASTM D5712) Мах.: 200 мг/г			72			

**Рукавички мають валик на манжеті.
Для одноразового використання.
Групова упаковка 100 шт (50 пар).
Транспортний короб 1000 шт (500 пар).**

Загальний висновок лабораторії: відповідають

Затверджено /підпис/
(Керівник відділу перевірки продукції)

Дата: 18.08.2018

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/
(Продукт-менеджер)

Дата: 18.08.2018

Даний документ є повним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited. Декларація № 5-05/2016 від 06 листопада 2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



Директор ТОВ «Ігар»

Биков В.Г.

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



TUFISHOP
shop • beauty • academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

02.04.2019

Виробник: **Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited**
10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт	Застосовано останні видання всіх стандартів				
Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR					
Продукт: Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR Специфікація рукавичок: NP01 Дата поставки: 22/03/2019	Розмір:	Дата виготовлення:	Серія:	Термін придатності:	
	S	201903	190016	0001-1100	2024.03
	M	201903	190016	0001-2820	2024.03
	L	201903	190016	0001-0700	2024.03

Сертифікат якості

Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
			1 100	2 820	700	
Багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1						
Кількість перевірених рукавичок		400	950	250		
А) Показник виявлених бар'єрних дефектів рівень перевірки: G 1, AQL 1.5, (% дефектів ≤ 3.6 %)		0.00	0.00	0.00		
Б) Показник значних дефектів рівень перевірки: G 1, AQL 2.5 (% дефектів ≤ 4.8 %)		0.00	0.00	0.00		
В) Незначні дефекти рівень перевірки: G 1, AQL 4.0 (% дефектів ≤ 7.2 %)		0.00	0.21	0.00		
Відповідність:		так	так	так		

Загальний висновок: відповідають

Затверджено /підпис/
(Головний керівник відділу якості)

Дата: 02.04.2019

Г) Розміри в мм	згідно з ASTM D 3578			n=13 шт./розмір		
Ширина в мм: мінімальний вимірний розмір в партії +/- 10 мм		82	95	108		
		80	95	111		
Довжина (мм), всі розміри: середня 240 мм		241	241	242		

Товщина двох стінок рукавичок - в області пальців, мм, мін. 0.16 мм - в області долоні, мм, мін. 0.16 мм					
		0.23	0.21		
		0.17	0.16	0.17	
Д) Фізичні властивості	згідно з ASTM D3578 Рівень перевірки: S 2, AQL 4.0				
Сила на розрив в МПа, до старіння – 18МПа мінімум		20.44	18.22	18.17	
Видовження в %, до старіння 650%		665	661	653	
Сила на розрив в МПа, після старіння – 14МПа мінімум		18.32	17.05	16.77	
Видовження в %, після старіння 500%		656	621	612	
Е) Біосумісність	згідно з ASTM D 3578 без тальку (модифікований кукурудзяний крохмаль)				
✓ Залишки пудри: (згідно з ASTM D6124) Мах.: 10 мг/дм ²		10	9	10	
Вміст білку: (згідно з ASTM D5712) Мах.: 200 мг/г		106	109	89	

**Рукавички мають валик на манжеті.
Для одноразового використання.
Групова упаковка 100 шт (50 пар).
Транспортний короб 1000 шт (500 пар).**

Загальний висновок лабораторії: відповідають

Затверджено /підпис/
(Керівник відділу перевірки продукції)

Дата: 02.04.2019

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/
(Продукт-менеджер)

Дата: 02.04.2019

Даний документ є повним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited. Декларація № 5-05/2016 від 06 листопада 2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



Директор ТОВ «Ігар»

Биков В.Г.

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



TUFISHOP
shop · beauty · academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

15.08.2019

Виробник: **Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited**
10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт	Застосовано останні видання всіх стандартів				
Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR					
Продукт: Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR Специфікація рукавичок: OE-LXMC-1FG Дата поставки: 03/08/2019	Розмір:	Дата виготовлення:	Серія:	Термін придатності:	
	XS	201907	4200	0001-0100	2024.07
	S	201907	4200	0001-1260	2024.07
	M	201907	4200	0001-1000	2024.07
	L	201907	4200	0001-2260	2024.07

Сертифікат якості

Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
	100 000	1 260 000	1 000 000	2 260 000		4 620 000
Багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1						
Кількість перевірених рукавичок	50	450	350	840		1690
А) Показник виявлених бар'єрних дефектів рівень перевірки: G 1, AQL 1.5, (% дефектів ≤3.6 %)	0	0	0	1		1
Б) Показник значних дефектів рівень перевірки: G 1, AQL 2.5 (% дефектів ≤4.8 %)	0	0	0	2		2
В) Незначні дефекти рівень перевірки: G 1, AQL 4.0 (% дефектів ≤7.2 %)	0	0	0	2		2
Відповідність:		так	так	так		

Загальний висновок: відповідають

Затверджено /підпис/
(Головний керівник відділу якості)

Дата: 15.08.2019

Г) Розміри в мм	згідно з ASTM D 3578					n=13 шт./розмір	
Ширина в мм: мінімальний	76	82	94	108			
вимірний розмір в партії +/- 10 мм	70	80	95	111			
Довжина (мм), всі розміри: середня 240 мм	241	242	241	240			
Товщина однієї стінки рукавичок							

- в області пальців, мм, мін. 0.08 мм	0.10	0.10	0.11			
- в області долоні, мм, мін. 0.08мм	0.08	0.08	0.09			
Д) Фізичні властивості	згідно з ASTM D3578 Рівень перевірки: S 2, AQL 4.0					
Сила на розрив в МПа, до старіння – 18МПа мінімум	19.1	21.1	18.2	18.7		
Видовження в %, до старіння 650%	665	672	669	669		
Сила на розрив в МПа, після старіння – 14МПа мінімум	18.6	18.7	16.2	17.3		
Видовження в %, після старіння 500%	629	635	640	637		
Е) Біосумісність	згідно з ASTM D 3578 без тальку (модифікований кукурудзяний крохмаль)					
✓ Залишки пудри: (згідно з ASTM D6124) Мах.: 10 мг/дм ²	10	10	9	8		
Вміст білку: (згідно з ASTM D5712) Мах.: 200 мг/г	97	103	76	121		

**Рукавички мають валик на манжеті.
Мають текстуровану поверхню.
Для одноразового використання.
Групова упаковка 100 шт (50 пар).
Транспортний короб 1000 шт (500 пар).**

Загальний висновок лабораторії: відповідають

Затверджено /підпис/
(Керівник відділу перевірки продукції)

Дата: 15.08.2019

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/
(Продукт-менеджер)

Дата: 15.08.2019

Даний документ є повним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited. Декларація № 5-05/2016 від 06 листопада 2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



TUFISHOP
shop • beauty • academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

10.09.2019

Виробник: **Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited**
10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт	Застосовано останні видання всіх стандартів				
Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR					
Продукт: Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR Специфікація рукавичок: OE-LXMC-1FG Дата поставки: 06/09/2019	Розмір:	Дата виготовлення:	Серія:	Термін придатності:	
	XS	201908	4764	0001-0060	2024.08
	S	201908	4764	0001-1060	2024.08
	M	201908	4764	0001-2500	2024.08
	L	201908	4764	0001-1000	2024.08

Сертифікат якості

Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
	60 000	1 060 000	2 500 000	1 000 000		4 620 000
Багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1						
Кількість перевірених рукавичок	50	390	850	350		1640
А) Показник виявлених бар'єрних дефектів рівень перевірки: G 1, AQL 1.5, (% дефектів ≤3.6 %)	0	0	0	0		0
Б) Показник значних дефектів рівень перевірки: G 1, AQL 2.5 (% дефектів ≤4.8 %)	0	0	0	0		0
В) Незначні дефекти рівень перевірки: G 1, AQL 4.0 (% дефектів ≤7.2 %)	0	0	0	0		0
Відповідність:		так	так	так		

Загальний висновок: відповідають

Затверджено /підпис/
(Головний керівник відділу якості)

Дата: 10.09.2019

Г) Розміри в мм	згідно з ASTM D 3578				n=13 шт./розмір	
Ширина в мм: мінімальний	76	81	94	107		
вимірний розмір в партії +/- 10 мм	70	80	95	111		
Довжина (мм), всі розміри: середня 240 мм	242	242	240	244		
Товщина однієї стінки рукавичок						

- в області пальців, мм, мін. 0.08 мм	0.11	0.10	0.11			
- в області долоні, мм, мін. 0.08мм	0.09	0.08	0.08			
Д) Фізичні властивості	згідно з ASTM D3578 Рівень перевірки: S 2, AQL 4.0					
Сила на розрив в МПа, до старіння – 18МПа мінімум	20.1	19.9	18.3	18.3		
Видовження в %, до старіння 650%	702	718	671	656		
Сила на розрив в МПа, після старіння – 14МПа мінімум	19.5	17.1	17.3	17.1		
Видовження в %, після старіння 500%	677	642	639	613		
Е) Біосумісність	згідно з ASTM D 3578 без тальку (модифікований кукурудзяний крохмаль)					
✓ Залишки пудри: (згідно з ASTM D6124) Мах.: 10 мг/дм ²	9	8	8	7		
Вміст білку: (згідно з ASTM D5712) Мах.: 200 мг/г	78	118	78	99		

**Рукавички мають валик на манжеті.
Мають текстуровану поверхню.
Для одноразового використання.
Групова упаковка 100 шт (50 пар).
Транспортний короб 1000 шт (500 пар).**

Загальний висновок лабораторії: відповідають

Затверджено /підпис/
(Керівник відділу перевірки продукції)

Дата: 10.09.2019

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/
(Продукт-менеджер)

Дата: 10.09.2019

Даний документ є повним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited. Декларація № 5-05/2016 від 06 листопада 2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



TUFISHOP
shop • beauty • academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

05.10.2019

Виробник: **Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited**
10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт	Застосовано останні видання всіх стандартів				
Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR					
Продукт: Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR Специфікація рукавичок: OE-LXMC-1FG Дата поставки: 28/09/2019	Розмір:	Дата виготовлення:	Серія:	Термін придатності:	
	XS	201908	4765	0001-0050	2024.08
	S	201908	4765	0001-0970	2024.08
	M	201908	4765	0001-2500	2024.08
	L	201908	4765	0001-1100	2024.08

Сертифікат якості

Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
	50 000	970 000	2 500 000	1 100 000		4 620 000
Багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1						
Кількість перевірених рукавичок	50	350	850	400		1650
А) Показник виявлених бар'єрних дефектів рівень перевірки: G 1, AQL 1.5, (% дефектів ≤3.6 %)	0	0	0	0		0
Б) Показник значних дефектів рівень перевірки: G 1, AQL 2.5 (% дефектів ≤4.8 %)	0	0	0	0		0
В) Незначні дефекти рівень перевірки: G 1, AQL 4.0 (% дефектів ≤7.2 %)	0	0	0	0		0
Відповідність:	так	так	так	так		

Загальний висновок: відповідають

Затверджено /підпис/
(Головний керівник відділу якості)

Дата: 05.10.2019

Г) Розміри в мм	згідно з ASTM D 3578					n=13 шт./розмір	
Ширина в мм: мінімальний	76	81	94	107			
вимірний розмір в партії +/- 10 мм	70	80	95	111			
Довжина (мм), всі розміри: середня 240 мм	242	244	242	245			
Товщина однієї стінки рукавичок							

- в області пальців, мм, мін. 0.08 мм	0.11	0.10	0.12			
- в області долоні, мм, мін. 0.08мм	0.09	0.08	0.09			
Д) Фізичні властивості	згідно з ASTM D3578 Рівень перевірки: S 2, AQL 4.0					
Сила на розрив в МПа, до старіння – 18МПа мінімум	20.1	20.1	18.4	18.3		
Видовження в %, до старіння 650%	702	694	665	694		
Сила на розрив в МПа, після старіння – 14МПа мінімум	19.5	18.8	17.9	17.6		
Видовження в %, після старіння 500%	677	642	635	648		
Е) Біосумісність	згідно з ASTM D 3578 без тальку (модифікований кукурудзяний крохмаль)					
✓ Залишки пудри: (згідно з ASTM D6124) Мах.: 10 мг/дм ²	9	8	9	8		
Вміст білку: (згідно з ASTM D5712) Мах.: 200 мг/г	78	88	83	76		

**Рукавички мають валик на манжеті.
Мають текстуровану поверхню.
Для одноразового використання.
Групова упаковка 100 шт (50 пар).
Транспортний короб 1000 шт (500 пар).**

Загальний висновок лабораторії: відповідають

Затверджено /підпис/
(Керівник відділу перевірки продукції)

Дата: 05.10.2019

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/
(Продукт-менеджер)

Дата: 05.10.2019

Даний документ є повним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited. Декларація № 5-05/2016 від 06 листопада 2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



TUFISHOP

shop · beauty · academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

05.10.2019

Виробник: **Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited**
10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт	Застосовано останні видання всіх стандартів				
Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR					
Продукт: Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR Специфікація рукавичок: OE-LXMC-1FG Дата поставки: 28/09/2019	Розмір:	Дата виготовлення:	Серія:	Термін придатності:	
	XS	201908	4765	0001-0050	2024.08
	S	201908	4765	0001-0970	2024.08
	M	201908	4765	0001-2500	2024.08
	L	201908	4765	0001-1100	2024.08

Сертифікат якості

Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
	50 000	970 000	2 500 000	1 100 000		4 620 000
Багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1						
Кількість перевірених рукавичок	50	350	850	400		1650
А) Показник виявлених бар'єрних дефектів рівень перевірки: G 1, AQL 1.5, (% дефектів ≤3.6 %)	0	0	0	0		0
Б) Показник значних дефектів рівень перевірки: G 1, AQL 2.5 (% дефектів ≤4.8 %)	0	0	0	0		0
В) Незначні дефекти рівень перевірки: G 1, AQL 4.0 (% дефектів ≤7.2 %)	0	0	0	0		0
Відповідність:	так	так	так	так		

Загальний висновок: відповідають

Затверджено /підпис/
(Головний керівник відділу якості)

Дата: 05.10.2019

Г) Розміри в мм	згідно з ASTM D 3578					n=13 шт./розмір	
Ширина в мм: мінімальний	76	81	94	107			
вимірний розмір в партії +/- 10 мм	70	80	95	111			
Довжина (мм), всі розміри: середня 240 мм	242	244	242	245			
Товщина однієї стінки рукавичок							

- в області пальців, мм, мін. 0.08 мм	0.11	0.10	0.12			
- в області долоні, мм, мін. 0.08мм	0.09	0.08	0.09			
Д) Фізичні властивості	згідно з ASTM D3578 Рівень перевірки: S 2, AQL 4.0					
Сила на розрив в МПа, до старіння – 18МПа мінімум	20.1	20.1	18.4	18.3		
Видовження в %, до старіння 650%	702	694	665	694		
Сила на розрив в МПа, після старіння – 14МПа мінімум	19.5	18.8	17.9	17.6		
Видовження в %, після старіння 500%	677	642	635	648		
Е) Біосумісність	згідно з ASTM D 3578 без тальку (модифікований кукурудзяний крохмаль)					
✓ Залишки пудри: (згідно з ASTM D6124) Мах.: 10 мг/дм ²	9	8	9	8		
Вміст білку: (згідно з ASTM D5712) Мах.: 200 мг/г	78	88	83	76		

**Рукавички мають валик на манжеті.
Мають текстуровану поверхню.
Для одноразового використання.
Групова упаковка 100 шт (50 пар).
Транспортний короб 1000 шт (500 пар).**

Загальний висновок лабораторії: відповідають

Затверджено /підпис/
(Керівник відділу перевірки продукції)

Дата: 05.10.2019

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/
(Продукт-менеджер)

Дата: 05.10.2019

Даний документ є повним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited. Декларація № 5-05/2016 від 06 листопада 2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



TUFISHOP
shop • beauty • academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

30.12.2019

Виробник: **Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited**
10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт	Застосовано останні видання всіх стандартів				
Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR					
Продукт: Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR Специфікація рукавичок: OE-LXMC-1FG Дата поставки: 22/12/2019	Розмір:	Дата виготовлення:	Серія:	Термін придатності:	
	XS	201911	6666	0001-0050	2024.11
	S	201911	6666	0001-1000	2024.11
	M	201911	6666	0001-2555	2024.11
	L	201911	6666	0001-1130	2024.11

Сертифікат якості

Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
	60 000	910 000	3 035 000	730 000		4 735 000
Багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1						
Кількість перевірених рукавичок	50	340	1064	250		1704
А) Показник виявлених бар'єрних дефектів рівень перевірки: G 1, AQL 1.5, (% дефектів ≤3.6 %)	0	0	0	0		0
Б) Показник значних дефектів рівень перевірки: G 1, AQL 2.5 (% дефектів ≤4.8 %)	0	0	0	0		0
В) Незначні дефекти рівень перевірки: G 1, AQL 4.0 (% дефектів ≤7.2 %)	0	0	0	0		0
Відповідність:	так	так	так	так		
Незначні дефекти	Рівень перевірки: G I, AQL 4.0 Багатоплановий план згідно ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок	50	340	1064	250		1704
Кількість рукавичок з дефектами	0	1	0	0		1
Відповідність:	так	так	так	так		

Г) Розміри в мм	згідно з ASTM D 3578				n=13 шт./розмір	
Ширина в мм: мінімальний вимірний розмір в партії +/- 10	75	82	95	107		
Довжина (мм), всі розміри: середня 240 мм	70	80	95	111		
	242	243	241	246		

Товщина однієї стінки рукавичок - в області пальців, мм, мін. 0.08	0.10	0.10	0.10	0.		
	0.09	0.09	0.08	0.09		
ММ - в області долоні, мм, мін. 0.08мм						
Д) Фізичні властивості	згідно з ASTM D3578 Рівень перевірки: S 2, AQL 4.0					
Сила на розрив в МПа, до старіння	20.3	18.2	19.7	20.06		
Видовження в %, до старіння 650%	698	687	682	739		
Сила на розрив в МПа, після старіння – 14МПа мінімум	18.7	17.5	18.0	17.9		
Видовження в %, після старіння 500%	650	638	651	661		
Е) Біосумісність	згідно з ASTM D 3578 без тальку (модифікований кукурудзяний крохмаль)					
✓ Залишки пудри: (згідно з ASTM D6124) Мах.: 10 мг/дм ²	9	9	8	8		
Вміст білку: (згідно з ASTM D5712) Мах.: 200 мг/г	92	73	61	58		

**Рукавички мають валик на манжеті.
Мають текстуровану поверхню.
Для одноразового використання.
Групова упаковка 100 шт (50 пар).
Транспортний короб 1000 шт (500 пар).**

Загальний висновок лабораторії: відповідають

Затверджено /підпис/
(Керівник відділу перевірки продукції)

Дата: 30.12.2019

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/
(Продукт-менеджер)

Дата: 30.12.2019

Даний документ є повним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited. Декларація № 5-05/2016 від 06 листопада 2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



TUFISHOP
shop · beauty · academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

09.12.2019

Виробник: **Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited**
10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт		Застосовано останні видання всіх стандартів				
Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR						
Продукт: Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR Специфікація рукавичок: OE-LXMC-1FG Дата поставки: 01/12/2019	Розмір:	Дата виготовлення:	Серія:		Термін придатності:	
	XS	201911	7866	0001-0040	2024.11	
	S	201911	7866	0001-1040	2024.11	
	M	201911	7866	0001-3175	2024.11	
	L	201911	7866	0001-0480	2024.11	
Сертифікат якості						
Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
	50 000	1 040 000 0	3 175 000	480 000		4 735 000
Багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1						
Кількість перевірених рукавичок	50	350	1114	214		1728
А) Показник виявлених бар'єрних дефектів рівень перевірки: G 1, AQL 1.5, (% дефектів ≤3.6 %)	0	0	0	0		0
Б) Показник значних дефектів рівень перевірки: G 1, AQL 2.5 (% дефектів ≤4.8 %)	0	0	0	0		0
В) Незначні дефекти рівень перевірки: G 1, AQL 4.0 (% дефектів ≤7.2 %)	0	0	0	0		0
Відповідність:	так	так	так	так		
Незначні дефекти	Рівень перевірки: G I, AQL 4.0 Багатоплановий план згідно ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок	50	350	1082	182		1664
Кількість рукавичок з дефектами	0	0	0	0		0
Відповідність:	так	так	так	так		
Г) Розміри в мм	згідно з ASTM D 3578		n=13 шт./розмір			
Ширина в мм: мінімальний вимірний розмір в партії +/- 10	77	85	95	107		
	70	80	95	111		
Довжина (мм), всі розміри: середня 240 мм	244	241	242	242		

Товщина однієї стінки рукавичок - в області пальців, мм, мін. 0.08	0.11	0.11	0.10	0.		
	0.10	0.09	0.09	0.09		
мм - в області долоні, мм, мін. 0.08мм						
Д) Фізичні властивості	згідно з ASTM D3578 Рівень перевірки: S 2, AQL 4.0					
Сила на розрив в МПа, до старіння	21	19	19	19		
Видовження в %, до старіння 650%	780	675	705	669		
Сила на розрив в МПа, після старіння – 14МПа мінімум	20	20	18	17		
Видовження в %, після старіння 500%	659	700	663	664		
Е) Біосумісність	згідно з ASTM D 3578 без тальку (модифікований кукурудзяний крохмаль)					
✓ Залишки пудри: (згідно з ASTM D6124) Max.: 10 мг/дм ²	6.2	8.6	7.2	6.0		

**Рукавички мають валик на манжеті.
Мають текстуровану поверхню.
Для одноразового використання.
Групова упаковка 100 шт (50 пар).
Транспортний короб 1000 шт (500 пар).**

Загальний висновок лабораторії: відповідають

Затверджено /підпис/
(Керівник відділу перевірки продукції)

Дата: 09.12.2019

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/
(Продукт-менеджер)

Дата: 09.12.2019

Даний документ є повним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited. Декларація № 5-05/2016 від 06 листопада 2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



TUFISHOP
shop · beauty · academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

09.10.2018

Виробник: **Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited**
10 Soi 10, Phetkasem Road, Natyai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт	Застосовано останні видання всіх стандартів					
Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR						
Продукт: Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR Специфікація рукавичок: LOM-01FB Дата поставки: 02/10/2018	Розмір:	Дата виготовлення:	Серія:		Термін придатності:	
	XS	201809	5004	0001-0160	2021.09	
	S	201809	5004	0001-0806	2021.09	
	M	201809	5004	0001-1578	2021.09	
	L	201809	5004	0001-0656	2021.09	
Сертифікат якості						
Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
	160 000	806 000	1 578 000	656 000		3 200 000
А. Тест на перевірку якості (згідно з EN455-1)	Рівень перевірки G 1, AQL 1.5, Багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок	100	400	850	300		1 650
Кількість бракованих рукавичок	0	1	0	0		1
Б. Дефекти (протікання, розриви)						
Кількість бракованих рукавичок (протікання, розриви)	0	0	4	0		4
Усього дефектів (А+Б)	0	1	4	0		5
Відповідність:	так	так	так	так		
В. Незначні дефекти	Рівень перевірки G 1, AQL 4.0, Багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок	100	350	850	350		1 650
Кількість бракованих рукавичок	0	1	14	4		19
Відповідність:	так	так	так	так		

Загальний висновок: відповідають

Затверджено /підпис/
(Головний керівник відділу якості)

Дата: 02.10.2018

Г. Розміри в мм	згідно з EN455-2/ ASTM D 3578				n=13 шт./розмір	
Ширина в мм: мінімальний вимірний розмір в партії +/- 10 мм	75	82	93	105		
	80	80	95	110		

Довжина (мм), всі розміри: середня 240 мм	243	248	245			
Товщина однієї стінки рукавичок						
- в області пальців, мм, мінімум 0.08 мм	0.12	0.11	0.11	0.11		
- в області долоні, мм, мінімум 0.08 мм	0.10	0.09	0.09	0.09		
Д1. Фізичні властивості	згідно з EN455-2 (середнє значення із 13 шт.)					
Сила на розрив в Н, до старіння - середнє значення 6.0 Н	7.9	7.6	7.0	7.5		
Сила на розрив в Н, після старіння - середнє значення 6.0 Н	7.6	7.4	6.8	6.9		
Д2. Фізичні властивості	згідно з EN455-2 (рівень перевірки S-2 AQL 4.0)					
Міцність при розтягуванні в МПа, до старіння – 18 МПа мінімум	28	28	25	27		
Видовження в %, до старіння 650%	802	797	804	808		
Міцність при розтягуванні в МПа, після старіння – 14 МПа мінімум	27	27	24	21		
Видовження в %, після старіння 500%	760	772	790	721		
Е. Біосумісність	згідно з EN455-3 без тальку (силікату магнію)					
<input type="checkbox"/> Пудра на рукавичках : <input checked="" type="checkbox"/> Залишки пудри: макс.: 2.0 мг/дм ² (згідно з EN EN ISO 21171)	0.1	0.2	0.1	0.1		

**Рукавички мають валик на манжеті.
Для одноразового використання.
Групова упаковка 100 шт (50 пар).
Транспортний короб 1000 шт (500 пар).**

Загальний висновок лабораторії: відповідають

Затверджено /підпис/
(Керівник відділу перевірки продукції)

Дата: 02.10.2018

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/
(Продукт-менеджер)

Дата: 09.10.2018

Даний документ є повним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited Декларація № 5-05/2016 від 06 листопада 2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



Директор ТОВ «Ігар»

Биков В.Г.

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



TUFISHOP
shop · beauty · academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

09.10.2018

Виробник: **Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited**
10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт	Застосовано останні видання всіх стандартів					
Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR						
Продукт: Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR Специфікація рукавичок: LOM-01FB Дата поставки: 02/10/2018	Розмір:	Дата виготовлення:	Серія:		Термін придатності:	
	XS	201809	5004	0001-0160	2021.09	
	S	201809	5004	0001-0806	2021.09	
	M	201809	5004	0001-1578	2021.09	
	L	201809	5004	0001-0656	2021.09	
Сертифікат якості						
Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
	160 000	806 000	1 578 000	656 000		3 200 000
А. Тест на перевірку якості (згідно з EN455-1)	Рівень перевірки G 1, AQL 1.5, Багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок	100	400	850	300		1 650
Кількість бракованих рукавичок	0	1	0	0		1
Б. Дефекти (протікання, розриви)						
Кількість бракованих рукавичок (протікання, розриви)	0	0	4	0		4
Усього дефектів (А+Б)	0	1	4	0		5
Відповідність:	так	так	так	так		
В. Незначні дефекти	Рівень перевірки G 1, AQL 4.0, Багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок	100	350	850	350		1 650
Кількість бракованих рукавичок	0	1	14	4		19
Відповідність:	так	так	так	так		

Загальний висновок: відповідають

Затверджено /підпис/
(Головний керівник відділу якості)

Дата: 02.10.2018

Г. Розміри в мм	згідно з EN455-2/ ASTM D 3578				n=13 шт./розмір	
Ширина в мм: мінімальний вимірний розмір в партії +/- 10 мм	75	82	93	105		
	80	80	95	110		

Довжина (мм), всі розміри: середня 240 мм	243	248	245			
Товщина однієї стінки рукавичок						
- в області пальців, мм, мінімум 0.08 мм	0.12	0.11	0.11	0.11		
- в області долоні, мм, мінімум 0.08 мм	0.10	0.09	0.09	0.09		
Д1. Фізичні властивості	згідно з EN455-2 (середнє значення із 13 шт.)					
Сила на розрив в Н, до старіння - середнє значення 6.0 Н	7.9	7.6	7.0	7.5		
Сила на розрив в Н, після старіння - середнє значення 6.0 Н	7.6	7.4	6.8	6.9		
Д2. Фізичні властивості	згідно з EN455-2 (рівень перевірки S-2 AQL 4.0)					
Міцність при розтягуванні в МПа, до старіння – 18 МПа мінімум	28	28	25	27		
Видовження в %, до старіння 650%	802	797	804	808		
Міцність при розтягуванні в МПа, після старіння – 14 МПа мінімум	27	27	24	21		
Видовження в %, після старіння 500%	760	772	790	721		
Е. Біосумісність	згідно з EN455-3 без тальку (силікату магнію)					
<input type="checkbox"/> Пудра на рукавичках : <input checked="" type="checkbox"/> Залишки пудри: макс.: 2.0 мг/дм ² (згідно з EN EN ISO 21171)	0.1	0.2	0.1	0.1		

**Рукавички мають валик на манжеті.
Для одноразового використання.
Групова упаковка 100 шт (50 пар).
Транспортний короб 1000 шт (500 пар).**

Загальний висновок лабораторії: відповідають

Затверджено /підпис/
(Керівник відділу перевірки продукції)

Дата: 02.10.2018

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/
(Продукт-менеджер)

Дата: 09.10.2018

Даний документ є повним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited Декларація № 5-05/2016 від 06 листопада 2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



Директор ТОВ «Ігар»

Биков В.Г.

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



TUFISHOP
shop • beauty • academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

09.10.2018

Виробник: **Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited**
10 Soi 10, Phetkasem Road, Natyai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт	Застосовано останні видання всіх стандартів					
Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR						
Продукт: Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR Специфікація рукавичок: LOM-01FB Дата поставки: 02/10/2018	Розмір:	Дата виготовлення:	Серія:		Термін придатності:	
	XS	201809	5004	0001-0160	2021.09	
	S	201809	5004	0001-0806	2021.09	
	M	201809	5004	0001-1578	2021.09	
	L	201809	5004	0001-0656	2021.09	
Сертифікат якості						
Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
	160 000	806 000	1 578 000	656 000		3 200 000
А. Тест на перевірку якості (згідно з EN455-1)	Рівень перевірки G 1, AQL 1.5, Багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок	100	400	850	300		1 650
Кількість бракованих рукавичок	0	1	0	0		1
Б. Дефекти (протікання, розриви)						
Кількість бракованих рукавичок (протікання, розриви)	0	0	4	0		4
Усього дефектів (А+Б)	0	1	4	0		5
Відповідність:	так	так	так	так		
В. Незначні дефекти	Рівень перевірки G 1, AQL 4.0, Багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок	100	350	850	350		1 650
Кількість бракованих рукавичок	0	1	14	4		19
Відповідність:	так	так	так	так		

Загальний висновок: відповідають

Затверджено /підпис/
(Головний керівник відділу якості)

Дата: 02.10.2018

Г. Розміри в мм	згідно з EN455-2/ ASTM D 3578				n=13 шт./розмір	
Ширина в мм: мінімальний вимірний розмір в партії +/- 10 мм	75	82	93	105		
	80	80	95	110		

Довжина (мм), всі розміри: середня 240 мм	243	248	245			
Товщина однієї стінки рукавичок						
- в області пальців, мм, мінімум 0.08 мм	0.12	0.11	0.11	0.11		
- в області долоні, мм, мінімум 0.08 мм	0.10	0.09	0.09	0.09		
Д1. Фізичні властивості	згідно з EN455-2 (середнє значення із 13 шт.)					
Сила на розрив в Н, до старіння - середнє значення 6.0 Н	7.9	7.6	7.0	7.5		
Сила на розрив в Н, після старіння - середнє значення 6.0 Н	7.6	7.4	6.8	6.9		
Д2. Фізичні властивості	згідно з EN455-2 (рівень перевірки S-2 AQL 4.0)					
Міцність при розтягуванні в МПа, до старіння – 18 МПа мінімум	28	28	25	27		
Видовження в %, до старіння 650%	802	797	804	808		
Міцність при розтягуванні в МПа, після старіння – 14 МПа мінімум	27	27	24	21		
Видовження в %, після старіння 500%	760	772	790	721		
Е. Біосумісність	згідно з EN455-3 без тальку (силікату магнію)					
<input type="checkbox"/> Пудра на рукавичках : <input checked="" type="checkbox"/> Залишки пудри: макс.: 2.0 мг/дм ² (згідно з EN EN ISO 21171)	0.1	0.2	0.1	0.1		

**Рукавички мають валик на манжеті.
Для одноразового використання.
Групова упаковка 100 шт (50 пар).
Транспортний короб 1000 шт (500 пар).**

Загальний висновок лабораторії: відповідають

Затверджено /підпис/
(Керівник відділу перевірки продукції)

Дата: 02.10.2018

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/
(Продукт-менеджер)

Дата: 09.10.2018

Даний документ є повним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited Декларація № 5-05/2016 від 06 листопада 2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



Директор ТОВ «Ігар»

Биков В.Г.

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



TUFISHOP
shop • beauty • academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

04.10.2019

Виробник: **Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited**
10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт		Застосовано останні видання всіх стандартів				
Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, чорного кольору						
Продукт: Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, чорного кольору Дата поставки: 03/10/2019 Контракт №: IGR011/19		Розмір :		Дата виготовлення:		Серія:
						Термін придатності:
		S	201909	4974	0001-0350	2022.09
M	201909	4974	0001-1650	2022.09		
Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
Кількість рукавичок		700 000	3 300 000			4 000 000
А) якісний тест (згідно з EN455-1)	Рівень перевірки: G1, AQL1.5, багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок		290	1490			1780
Кількість дефектних рукавичок		0	1			1
Б) Значні дефекти (розрізи, розриви)						
Кількість дефектних рукавичок (розрізи, розриви)		0	1			1
Всього дефектів (А+Б)		0	2			2
Відповідність:		так	так			
В) Незначні дефекти	Рівень перевірки: G1, AQL4.0, подвійний відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок		680	1810			2490
Кількість бракованих рукавичок		33	38			71
		так	так			
Г) Розміри в мм	Згідно з ASTM D 6319 (n=13 шт/розмір)					
Ширина в мм: мінімальний вимірний розмір в партії/специфікація ±10мм		86	97			
		80	95			
Довжина, мм – середнє значення 240мм		241	242			
Товщина стінки						

- палець, мм, мінімум 0.05мм		0.09	0.09			
- долоня, мм, мінімум 0.05мм		0.07	0.07			
Д) Фізичні властивості	Згідно з ASTM D 6319 (рівень перевірки S2 AQL 4.0)					
Сила на розрив в МПа, до старіння – 14МПа мінімум		30	33			
Видовження в %, до старіння 500%		521	521			
Сила на розрив в МПа, після старіння – 14МПа мінімум		26	29			
Видовження в %, після старіння 400%		469	481			
Е) Біосумісність	Згідно з ASTM D 6124 без тальку (силікат магнію)					
Залишки пудри Спец.: ≤ 10 мг/дм ² залишки пудри Спец.: ≤ 2.0 мг/рукавичка		0.7	0.6			
Згідно з ASTM D 6124						

**Рукавички мають валик на манжеті.
Мають текстуровану поверхню на пальцях
Для одноразового використання.
Груповою упаковкою 200 шт (100 пар).
Транспортний короб 2000 шт (1000 пар).**

Даний документ є повним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited. Декларація № 5-05/2016 від 06 листопада 2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



TUFISHOP

shop · beauty · academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

14.10.2019

Виробник: **Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited**
10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт		Застосовано останні видання всіх стандартів				
Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, рожевого кольору						
Продукт: Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, рожевого кольору Дата поставки: 03/10/2019 Контракт №: IGR011/19	Розмір :	Дата виготовлення:	Серія:	Термін придатності:		
	S	201909	4974	0001-0100	2022.09	
	M	201909	4974	0001-0310	2022.09	
	L	201909	4974	0001-0320	2022.09	
Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
Кількість рукавичок		200 000	620 000	640 000		1 460 000
А) якісний тест (згідно з EN455-1)	Рівень перевірки: G1, AQL1.5, багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок		80	320	450		850
Кількість дефектних рукавичок		0	3	5		8
Б) Значні дефекти (розрізи, розриви)						
Кількість дефектних рукавичок (розрізи, розриви)		0	0	1		1
Всього дефектів (А+Б)		0	3	6		9
Відповідність:		так	так	так		
В) Незначні дефекти	Рівень перевірки: G1, AQL6.5, багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок		80	240	340		660
Кількість бракованих рукавичок		0	0	4		4
		так	так	так		

Загальний висновок: відповідають

Затверджено /підпис/
(Заступник менеджера по якості)

Дата: 03.10.2019

Г) Розміри в мм	Згідно з ASTM D 6319 (n=13 шт/розмір)				
Ширина в мм: мінімальний вимірний розмір в партії/ специфікація ±10мм		86	98	111	
		80	95	110	

Довжина, мм – середнє значення 240мм		240	242	239		
Товщина стінки						
- палець, мм, мінімум 0.05мм		0.09	0.09	0.09		
- долоня, мм, мінімум 0.05мм		0.08	0.07	0.07		
Д) Фізичні властивості	Згідно з ASTM D412/ D 573 Рівень перевірки: S2, AQL 4.0					
Сила на розрив в МПа, до старіння – 14МПа мінімум		32	33	32		
Видовження в %, до старіння 500%		504	513	505		
Сила на розрив в МПа, після старіння – 14МПа мінімум		31	32	28		
Видовження в %, після старіння 400%		474	476	476		

**Рукавички мають валик на манжеті.
Мають текстуровану поверхню на пальцях
Містить алое вітамін Е
Для одноразового використання.
Групова упаковка 200 шт (100 пар).
Транспортний короб 2000 шт (1000 пар).**

Загальний висновок лабораторії:
відповідають

Затверджено /підпис/
(Керівник відділу перевірки продукції)

Дата: 10.10.2019

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/
(Продукт-менеджер)

Дата: 14.10.2019

Даний документ є повним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited. Декларація № 5-05/2016 від 06 листопада 2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



TUFISHOP
shop • beauty • academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

18.11.2018

Виробник: **Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited**
10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт		Застосовано останні видання всіх стандартів				
Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR						
Продукт: Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR Дата поставки: 09/11/2019 Контракт №: IGR014/19	Розмір :		Дата		Серія:	Термін придатності:
			виготовлення:			
	S	201911	6665	0001-0660	2022.11	
	M	201911	6665	0001-1450	2022.11	
L	201911	6665	0001-0370	2022.11		
Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
Кількість рукавичок		1 320 000	2 900 000	740 000		4 960 000
А) якісний тест (згідно з EN455-1)	Рівень перевірки: G1, AQL1.5, багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок		820	2370	370		3560
Кількість дефектних рукавичок		4	32	0		36
Б) Значні дефекти (розрізи, розриви)						
Кількість дефектних рукавичок (розрізи, розриви)		2	8	1		11
Всього дефектів (А+Б)		6	40	1		47
Відповідність:		так	так	так		
В) Незначні дефекти	Рівень перевірки: G1, AQL4.0, подвійний відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок		690	1170	370		2230
Кількість бракованих рукавичок		15	2	6		23
		Так	так	так		

Загальний висновок: відповідають

Затверджено /підпис/
(Заступник менеджера по якості)

Дата: 18.11.2019

Г) Розміри в мм	Згідно з ASTM D 6319 (n=13 шт/розмір)				
Ширина в мм: мінімальний вимірний розмір в партії/ специфікація ±10мм	86	98	110		
	80	95	110		
Довжина, мм – середнє	242	244	242		

значення 240мм						
Товщина стінки						
- палець, мм, мінімум 0.05мм		0.09	0.09	0.09		
- долоня, мм, мінімум 0.05мм		0.07	0.07	0.07		
Д) Фізичні властивості	Згідно з ASTM D 6319 Рівень перевірки: S2, AQL 4.0					
Сила на розрив в МПа, до старіння – 14МПа мінімум		35	33	32		
Видовження в %, до старіння 500%		522	555	512		
Сила на розрив в МПа, після старіння – 14МПа мінімум		34	30	32		
Видовження в %, після старіння 400%		481	476	494		
Е) Біосумісність	Згідно з ASTM D 6124 без тальку (силікат магнію)					
Залишки пудри <input type="checkbox"/> залишки пудри Макс.: 10 мг/дм ² Згідно з ASTM D 6124		0.4	0.6	0.4		

**Рукавички мають валик на манжеті.
Для одноразового використання.
Групова упаковка 200 шт (100 пар).
Транспортний короб 2000 шт (1000 пар).**

Загальний висновок лабораторії:
відповідають

Затверджено /підпис/
(Керівник відділу перевірки продукції)

Дата: 18.11.2019

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/
(Продукт-менеджер)

Дата: 18.11.2019

Даний документ є повним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited. Декларація № 5-05/2016 від 06 листопада 2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



Директор ТОВ «Ігар»

Биков В.Г.

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



TUFISHOP

shop • beauty • academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

18.11.2019

Виробник: **Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited**
10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт		Застосовано останні видання всіх стандартів				
Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, рожевого кольору						
Продукт: Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, рожевого кольору Дата поставки: 09/11/2019 Контракт №: IGR014/19		Розмір :	Дата виготовлення:	Серія:	Термін придатності:	
		XS	201911	6665	0001-0100	2022.11
		S	201911	6665	0001-0150	2022.11
Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
Кількість рукавичок	200 000	300 000				500 000
А) якісний тест (згідно з EN455-1)	Рівень перевірки: G1, AQL1.5, багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок	80	260				340
Кількість дефектних рукавичок	0	2				2
Б) Значні дефекти (розрізи, розриви)						
Кількість дефектних рукавичок (розрізи, розриви)	0	2				2
Всього дефектів (А+Б)	0	4				4
Відповідність:	так	так				
В) Незначні дефекти	Рівень перевірки: G1, AQL6.5, багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок	80	130				210
Кількість бракованих рукавичок	0	0				0
	так	так				

Загальний висновок: відповідають

Затверджено /підпис/
(Заступник менеджера по якості)

Дата: 18.11.2019

Г) Розміри в мм	Згідно з ASTM D 6319 (n=13 шт/розмір)				
Ширина в мм: мінімальний вимірний розмір в партії/ специфікація ±10мм	78	86			
	70	80			
Довжина, мм – середнє	239	240			

значення 240мм						
Товщина стінки						
- палець, мм, мінімум 0.05мм	0.09	0.09				
- долоня, мм, мінімум 0.05мм	0.08	0.07				
Д) Фізичні властивості	Згідно з ASTM D412/ D 573 Рівень перевірки: S2, AQL 4.0					
Сила на розрив в МПа, до старіння – 14МПа мінімум	30	30				
Видовження в %, до старіння 500%	517	508				
Сила на розрив в МПа, після старіння – 14МПа мінімум	31	30				
Видовження в %, після старіння 400%	461	469				

**Рукавички мають валик на манжеті.
Мають текстуровану поверхню на пальцях
Для одноразового використання.
Групова упаковка 200 шт (100 пар).
Транспортний короб 2000 шт (1000 пар).**

Загальний висновок лабораторії:
відповідають

Затверджено /підпис/
(Керівник відділу перевірки продукції)

Дата: 18.11.2019

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/
(Продукт-менеджер)

Дата: 18.11.2019

Даний документ є повним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited. Декларація № 5-05/2016 від 06 листопада 2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



TUFISHOP
shop • beauty • academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

18.11.2019

Виробник: **Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited**
10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт		Застосовано останні видання всіх стандартів				
Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, рожевого кольору						
Продукт: Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, рожевого кольору Дата поставки: 09/11/2019 Контракт №: IGR014/19		Розмір :		Дата виготовлення:		Серія:
						Термін придатності:
		XS	201911	6665	0001-0100	2022.11
		S	201911	6665	0001-0150	2022.11
Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
Кількість рукавичок	200 000	300 000				500 000
А) якісний тест (згідно з EN455-1)	Рівень перевірки: G1, AQL1.5, багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок	80	260				340
Кількість дефектних рукавичок	0	2				2
Б) Значні дефекти (розрізи, розриви)						
Кількість дефектних рукавичок (розрізи, розриви)	0	2				2
Всього дефектів (А+Б)	0	4				4
Відповідність:	так	так				
В) Незначні дефекти	Рівень перевірки: G1, AQL6.5, багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок	80	130				210
Кількість бракованих рукавичок	0	0				0
	так	так				

Загальний висновок: відповідають

Затверджено /підпис/
(Заступник менеджера по якості)

Дата: 18.11.2019

Г) Розміри в мм	Згідно з ASTM D 6319 (n=13 шт/розмір)				
Ширина в мм: мінімальний вимірний розмір в партії/ специфікація ±10мм	78	86			
	70	80			
Довжина, мм – середнє	239	240			

значення 240мм						
Товщина стінки						
- палець, мм, мінімум 0.05мм	0.09	0.09				
- долоня, мм, мінімум 0.05мм	0.08	0.07				
Д) Фізичні властивості	Згідно з ASTM D412/ D 573 Рівень перевірки: S2, AQL 4.0					
Сила на розрив в МПа, до старіння – 14МПа мінімум	30	30				
Видовження в %, до старіння 500%	517	508				
Сила на розрив в МПа, після старіння – 14МПа мінімум	31	30				
Видовження в %, після старіння 400%	461	469				

**Рукавички мають валик на манжеті.
 Рукавички хлоровані.
 Мають текстуровану поверхню на пальцях
 Для одноразового використання.
 Групова упаковка 200 шт (100 пар).
 Транспортний короб 2000 шт (1000 пар).**

Загальний висновок лабораторії:
 відповідають

Затверджено /підпис/
 (Керівник відділу перевірки продукції)

Дата: 18.11.2019

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/
 (Продукт-менеджер)

Дата: 18.11.2019

Даний документ є повним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited. Декларація № 5-05/2016 від 06 листопада 2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



TUFISHOP

shop • beauty • academy

Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

07.09.2018

Виробник: **Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited**
10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт		Застосовано останні видання всіх стандартів				
Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR						
Продукт: Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR Дата поставки: 06/09/2018 Контракт №: IGR012/18	Розмір :		Дата		Серія:	Термін придатності:
			виготовлення:			
	XS	201809	5389	0001-0220	2021.09	
	S	201809	5389	0001-1060	2021.09	
	M	201809	5389	0001-1050	2021.09	
L	201809	5389	0001-0400	2021.09		
Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
Кількість рукавичок	440 000	2 120 000	2 100 000	800 000		5 460 000
А) якісний тест (згідно з EN455-1)	Рівень перевірки: G1, AQL1.5, багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок	80	330	330	125		865
Кількість дефектних рукавичок	0	1	0	0		1
Б) Значні дефекти (розрізи, розриви)						
Кількість дефектних рукавичок (розрізи, розриви)	0	0	0	0		0
Всього дефектів (А+Б)	0	1	0	0		1
Відповідність:	так	так	так	так		
В) Незначні дефекти	Рівень перевірки: G1, AQL4.0, подвійний відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок	80	240	240	80		640
Кількість бракованих рукавичок	0	0	0	0		0
	так	так	так	так		

Загальний висновок: відповідають

Затверджено /підпис/
(Заступник менеджера по якості)

Дата: 06.09.2018

Г) Розміри в мм	Згідно з ASTM D 6319 (n=13 шт/розмір)				
Ширина в мм: мінімальний вимірний розмір в партії/ специфікація ±10мм	78	86	98	108	
	70	80	95	110	

Довжина, мм – середнє значення 240мм	242	242	242	23:		
Товщина стінки						
- палець, мм, мінімум 0.05мм	0.09	0.09	0.10	0.09		
- долоня, мм, мінімум 0.05мм	0.07	0.07	0.07	0.07		
Д) Фізичні властивості	Згідно з ASTM D 6319 Рівень перевірки: S2, AQL 4.0					
Сила на розрив в МПа, до старіння – 14МПа мінімум	29	26	28	28		
Видовження в %, до старіння 500%	503	504	503	503		
Сила на розрив в МПа, після старіння – 14МПа мінімум	24	21	27	24		
Видовження в %, після старіння 400%	468	465	462	449		
Е) Біосумісність	Згідно з ASTM D 6124 без тальку (силікат магнію)					
Залишки пудри <input type="checkbox"/> залишки пудри Макс.: 10 мг/дм ² Згідно з ASTM D 6124	0.5	0.4	0.5	0.2		

**Рукавички мають валик на манжеті.
Для одноразового використання.
Групова упаковка 200 шт (100 пар).
Транспортний короб 2000 шт (1000 пар).**

Загальний висновок лабораторії:
відповідають

Затверджено /підпис/
(Керівник відділу перевірки продукції)

Дата: 11.09.2018

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/
(Продукт-менеджер)

Дата: 13.09.2018

Даний документ є повним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited. Декларація № 5-05/2016 від 06 листопада 2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



Директор ТОВ «Ігар»

Биков В.Г.